

Oponentní posudek bakalářské práce

Jméno studenta: Viktorie Kohárová

Oponent bakalářské práce: Ing. Martin Melichar, Ph.D.

Bakalářská práce na téma „Příprava akreditace metrologické laboratoře ve společnosti Sokolovská uhelná“ splňuje rozsah zadání. Práce je rozčleněna do 5 kapitol, zaměřených na problematiku.

V úvodní části jsou specifikovány cíle práce – zhodnocení stavu a příprava laboratoře pro akreditaci podle ISO 17025. Následující kapitola uvádí právní rámec, potřebný pro realizování kalibrační laboratoře. Kapitola věcně správně uvádí podstatné předpisy. V následující části, zaměřené na podmínky pro vznik laboratoře, je mimo konstatování potřeby klimatizace konstatováno umístění a personální obsazení.


Postup a realizace systému kalibrační laboratoře, bohužel bez zdůraznění dosaženého stavu, je uveden v předposlední kapitole. Součástí práce, kterou nelze opomenout, je rozsáhlá řada příloh, které jsou věcně správné a musely být pro funkci laboratoře zpracovány.

Vcelku je z předložené práce patrná snaha o řešení dosti složitého problému. Obsahuje podstatné náležitosti. Na škodu je, že si autorka neprověřila české stylizace a tak dochází v řadě případů k nejednoznačnému významu.

Přes výhrady doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm:

velmi dobře

V Plzni, 10.8.2012



.....
podpis

Doplňující otázky:

1. Definujte orientační, resp. informativní měřidlo – viz str. 12. Je Vaše definice správná?
2. Zpracovávala jste vývojové diagramy pro funkci laboratoře?